

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в городе Уссурийске»
(Уссурийский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

Приморский край г. Владивосток, ул. Уткинская, 36
Телефон, факс: (423)240-21-85; E-mail: fguz@pkprn.ru
ОКПО: 77427364 ОГРН: 1052542950130
ИНН/КПП: 2536153796/ 253601001


Фактический адрес:

Приморский край, г. Уссурийск, ул. Комсомольская, д.40
Тел./факс (8-4234)333193; E-mail: ussurisk@fguzpk.ru
ОКПО 20770993; ОГРН 1052542950130;
ИНН/КПП 2536153796/251103001



УТВЕРЖДАЮ

И.о.руководителя ИЛЦ,
и.о.главного врача

 О.И. Савлукова

подпись

25 ноября 2021 г.

дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 14680/1-В от 25 ноября 2021 г.

Заказчик Администрация Яковлевского муниципального района: Яковлевка, пер.Почтовый, 7
(наименование, адрес)

Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения (из подземного источника)

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)

Администрация Яковлевского муниципального района

Юридический адрес Яковлевка, пер.Почтовый, 7

Пробы отобраны и направлены

Арсеньевский отдел Уссурийского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" врач по ОГ
Усманов М.А. в присутствии главы администрации Яковлевского МРПриморского края Вязовик Н.В.

(кем: наимен. орг-ции, адрес, ФИО, должность)

Пробы доставлены

Арсеньевский отдел Уссурийского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" врач по ОГ
Усманов М.А.

(кем: наимен. орг-ции, адрес, ФИО, должность)

Дата отбора пробы (образца) 28 октября 2021 г.

Дата доставки пробы (образца) 28 октября 2021 г.

время доставки пробы (образца) 17:00

Основание для отбора проб По заявке

№ 284

от 30.09.21

Код проб 14680/10/21/1-1

Упаковка, маркировка бутылка из полимерного материала, сумка-холодильник

Условия транспортировки автотранспорт

Условия хранения соблюдены

Дополнительные сведения

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания. ИЛЦ не несет ответственность за информацию представленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов. Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ.

Средства измерений

Название и марка прибора	Завод.№	№ свидетельства	Дата свид.	Дата действ.
Спектрофотометр UNIKO1201	WK18121810006	С-АЭ/30-04-2021/62408679	30.04.2021	29.04.2022

НД на методы испытаний:

ПНД Ф 14.1:2:4.215-06 "Методы измерений массовой концентрации кремнекислоты (в пересчете на кремний) в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом в виде желтой кремнемолибденовой гетерополикислоты"

ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 «Методика измерений массовой концентрации сероводорода, сульфидов и гидросульфидов в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом»

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Код пробы 14680/10/21/1-1/1

Объект: перед подачей в сеть из подземного источника (ВНС, РЧВ); Жд.ст.Варфоломеевка, ул.Почтовая,50; модуль очистки питьевой воды

Место отбора пробы: Яковлевский р-он, ст.Варфоломеевка, ул. Почтовая, 50

Объем пробы: 1,5 дм³

Дата отбора пробы: 28.10.2021 **время:** 12:10 **Дата и время начала исслед:** 28.10.2021 17:10

Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Ед.изм	НД на метод исследования
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------	--------------------------

Физико-химические показатели (692525, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Комсомольская, д.40)

кремний	24,1±2,4	25,0	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06
сероводород	менее 0,002	0,05	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02

Исследования проводили: Т.Н. Кондратова, Фельдшер-лаборант

Примечание: ИЛЦ не несет ответственность за отбор и доставку образцов, выполненную заказчиком (представителем заказчика). Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Лицо ответственное за оформление протокола:  Л.И. Артюх, Помощник врача по общей гигиене

Заведующий ЛСГИ



О.В.Тихомирова